DAS MASS "Z" IST NACH ABSPRACHE MIT DEM ZAHNARZT
UM DEN BETRAG "Y" ZU VERGROESSERN. DAS DARGESTELLTE
RICHTMASS 560 mm ENTSPRICHT EINEM MINDESTABSTAND

ON CONSULTATION WITH THE DENTIST MEASUREMENT "Z" CAN
BE INCREASED BY AMOUNT "Y" IF REQUIRED.
THE MEASUREMENT OF 560 mm INDICATES THE MINIMUM DISTANCE.

APRES CONCERTATION AVEC LE CHIRURGIEN-DENTISTE, LA DIMENSION "Z"
PEUT, LE CAS ECHEANT, ETRE PROLONGEE DE LA DIMENSION "Y".
LA DIMENSION DE 560 mm EST LA DISTANCE MINIMUM.

LUEGO DE CONSULTAR CON EL ODONTOLOGO LA DIMENSION "Z"
PUEDE SER EXTENDIDA POR LA DIMENSION "Y".
LA DIMENSION DE 560 mm ES LA DISTANCIA MINIMA.

"D"

DECKENMONTAGE DER LEUCHTE (KAVOLUX)

CEILING-MOUNTING OF LIGHT (KAVOLUX)

MONTAGE AU PLAFOND DE L'ECLAIRAGE (KAVOLUX)

MONTAJE DE TECHO DE LA LAMPARA (KAVOLUX)

500-600 | (Z= 560 +Y)

35 | 465

906

650

660

782-990

1770

(1770-1930)

60 | 1920

500-600 | 2950

2300 + Y

400 | 135

320

1410 C-R
1.004.9890

1.005.0302/001

0.486.4498/001

1470 + Y

1150

600

340

Z = 560 + Y

E 70 CR

1150

ANSICHT "A"
VIEW "A"
VUE "A"
VIESTA "A"

1002 0046

FUSSBODEN-FLOOR-PLANCHER-SVELO

1200-2200

1050

1100

10 | 114 | 174

90

VERBINDUNGSLEITUNG MAX. LAENGE
4500 mm BIS FERTIGFUSSBODEN.

CONNECTION TUBE, MAX LENGTH TO
FINISHED FLOOR 4500 mm.

TUYAU DE CONNEXION, LONGUEUR MAX.

TUBO DE CONCXION LONGITUD
MAXIMA HASTA EL SUELO
TERMINADO = 4500 mm.

"A"

TECHNISCHE DATEN SIEHE GEBRAUCHSANWEISUNG ANHANG
TECHNICAL DATA SEE OPERATING INSTRUCTIONS APPENDIX
DONNEES TECHNIQUES VOIR INSTRUCTIONS DE SERVICE APPENDICE
DATOS TECNICOS VEASE INSTRUCCIONES PARA EL USO ANEXO

ANGEGEBENE MASSE SIND RICHTMASSE BEI PATIENTENGROESSE 1,76 m
GUIDE MEASUREMENTS IF PATIENT IS 1,76 m TALL
LES DIMENSIONS INDIQUEES SONT THEORIQUES SI LE PATIENT MESURE 1,76 m
LAS MEDIDAS INDICADAS SIRVEN COMO VALORES DE GUIA SI EL PACIENTE ES 1,76 m DE TALLA

	Datum	Name
gezeichnet	25.05.09	GROSS
geaendert	Datum	Name

KaVo Dental GmbH
Bahnhofstr. 20
D 88447 Warthausen

ESTETICA E 70 C R
RECHTSAUFSTELLUNG

MASS-STAB 1:20

ZG.NR. 1005 0302

BL.23